

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

平成25年4月18日

経理責任者

独立行政法人国立病院機構

甲府病院院長 長沼博文

◎ 調達機関番号 597 ◎ 所在地番号 19

○ 第05101号 (No. 05101)

1 調達内容

(1) 品目分類番号 22、31

(2) 導入計画物品及び数量

磁気共鳴断層撮影装置 一式

(3) 調達方法 購入等

(4) 導入予定時期 平成26年1月31日

(5) 調達に必要なとされる基本的な要求要件

- ① 1.5T以上の磁気共鳴断層撮影装置であること。
- ② 高分解能で高画質を有すること。
- ③ 高度な画像再構成システムを要し、高速で充実した解析・処理機能を有すること。
- ④ 高次元の撮像プロトコルを有し、機能拡充に対応できること。
- ⑤ 既存のHIS・RISおよびPACSに接続できること

2 資料及びコメントの提供方法 上記 1 (2) の物

品に関する一般的な参考資料及び同 (5) の要求要

件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

(1) 資料等の提供期限 平成 25 年 6 月 3 日 17 時 00 分 (郵送の場合は必着のこと。)

(2) 提出先

〒 400-8533 山梨県甲府市天神町 11-35 独立
行政法人国立病院機構甲府病院 企画課長
木本 修 電話 055-253
- 6131

3 説明書の交付 本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

(1) 交付期間 平成 25 年 4 月 18 日から平成 25 年 6 月 3 日まで。

(2) 交付場所 上記 2 (2) に同じ。

4 その他

この導入計画の詳細は導入説明書による。

なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

5 Summary

(1) Classification of the products to be procured: 22, 31

(2) Nature and quantity of the products to

be purchased: Magnetic resonance imaging system 1 set

(3) Type of the procurement : Purchase

(4) Basic requirements of the procurement:

① The system is a magnetic resonance imaging system more than 1.5 T.

② The system includes high resolving power and resolution.

③ The system is high image reconfiguration and high-speed analysis, processing function.

④ The system have a high-dimensional imaging protocol , cope with function expansion.

⑤ The system must be connected to the hospital information systems, RIS (Radio-logy Information System) and PACS (Picture Archiving and Communication System).

(5) Time-limit for the submission of the requested material : 5:00 P.M June 3, 2013

(6) Contact point for the notice : Osamu Kimoto, Director, Planning Division , National Hospital Organization Koufu Hospital , 11-35 Tenjincho Koufushi Yamanashiken TEL055

- 253 - 6131